

第九章课后练习

1. 以下关于矫形器描述正确的是()

A. 我国古代医学正骨学中利用夹板等矫正骨折后的畸形, 这些可以说是矫形器的萌芽

B. 矫形器是预防和治疗残疾、促进伤病恢复、充分发挥肢体功能的治疗器具

C. 矫形器是用于改变或代偿神经、肌肉、骨骼系统的功能或结构的体外装置

D. 矫形器于 1950 年作为一个专业术语在美国开始使用

E. 以上都是

2. 矫形器的应用目的最正确的是()

A. 固定和保护

B. 稳定与支持

C. 预防与矫正畸形

D. 代偿功能

E. 以上都是

3. 加温能使低温热塑材料软化, 最适宜的水温是()

A. $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

B. $20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

C. $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$

D. $100^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$

E. $150^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

4. 为了纠正小儿麻痹后遗症患者的膝关节变形、关节不稳等症状, 宜选用下列哪种矫形器()

A. 铰链式踝足矫形器

B. 膝踝足矫形器

C. 踝足矫形器

D. 膝关节固定矫形器

E. 铰链式髋关节矫形器

5. 缩写为 W0 的矫形器是()。

- A. 颈矫形器
- B. 胸矫形器
- C. 手矫形器
- D. 腕矫形器
- E. 肩矫形器